SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

CERTYFIKAT 2015/52

TÜV NORD Polska
PN-EN ISO 9001
PN-EN ISO 14001
PN-N-18001

International Network of
Health
Promoting
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; 13.11.2018 r.

SPS – V. 262.78.2018

Wg rozdzielnika

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę myjni – dezynfektora 2 do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim . (Nr sprawy 599/4-8/2018).

1. Czy Zamawiający wymaga, aby dodatkowo myjnia dezynfektor posiadała dyszę główna wysuwaną?, w celu zapewnienia skutecznego mycia basenów z długim, wąskim czubkiem?
   Odpowiedź: Nie.
2. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia skuteczności procesu myjni wobec sporów Clostridium Difficile wydanego przez niezależne laboratorium?
   Odpowiedź: Tak.
3. Czy Zamawiający dopuści myjnię o pojemności komory: 1 basen z pokrywką + 1 kaczka lub 3 kaczki?
   Odpowiedź: Tak.
4. Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach: szerokość 500 mm, głębokość 450mm, wysokość 1730 mm?
   Odpowiedź: Nie.
5. Czy Zamawiający dopuści myjnię o zasilaniu wodnym: woda zimna: ciśnienie 2 - 6 bar, przepływ 18l/min?
   Odpowiedź: Tak.
6. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15883-1, myjnia posiadała czujniki temperatury umieszczone w miejscu o najniższej temperaturze tj. na spodzie komory?
   Odpowiedź: Tak.
7. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię ładowaną od frontu? Jest to rozwiązanie znacznie bardziej ergonomiczne niż opisane w SIWZ.
   Odpowiedź: Nie.
8. Ze względu na to, że w większości szpitali dostępna jest twarda lub bardzo twarda woda większość producentów myjni zaleca stosowanie 2 środków chemicznych – myjącego (zasadowy) oraz odkamieniającego/neutralizującego (kwasowy). Czy w Związku z tym Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne?
   Odpowiedź: Tak.

9. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w drzwi komory mycia automatycznie otwierane pedałem nożnym?
   Odpowiedź: Tak.
10. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach 545 x 475 x 1.630 mm?
   Odpowiedź: Nie.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zostaje zmieniony termin składania ofert :
Ofertę należy złożyć do dnia 16.11.2018 do godz. 10:00

……..
Podpis