SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

CERTYFIKAT 2012/4
TÜV NORD Polska PN-EN ISO 9001 PN-EN ISO 14001 PN-N-18001
International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services

Grodzisk Mazowiecki 24.06.2016

SPSSZ – V / 155 / 2016

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/24 /D/16).

1. **Pakiet 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości: w części dłoniowej ≥0,05mm, na palach ≥0,06mm , na mankiecie ≥0,05mm niezaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
   Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
2. **Pakiet 2 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości: w części dłoniowej ≥0,09mm, na palach ≥0,11mm , na mankiecie ≥0,07mm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
   Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
   <u>Dot. projektu umowy:</u>
3. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny."
   Odpowiedź : Ze względu na specyfikę pracy szpitala zamawiający nie może określić minimalnej ilości asortymentu umowy, jaka zostanie zrealizowana . Zgodnie z § 1 pkt. 5 umowy zamawiający może przedłużyć termin realizacji umowy.
4. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
   Odpowiedź : Nie.
5. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu §7 punkt 1, aby określenie „opóźnienia" zostało zastąpione określeniem „zwłoka" ?
   Odpowiedź : Tak .
6. **Pakiet nr 1, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pakowane szczelnie parami (zewnętrzne opakowanie papier foliowany), poziom protein poniżej 137µg/g?
   Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
7. **Pakiet nr 1, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o grubości na palcu 0,21 mm (±0,02mm), o długości 270-300mm w zależności odr rozmiaru?
   Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

8. **Pakiet nr 1, pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne obustronnie pokryte polimerem, o powierzchni zewnętrznej antypoślizgowej, o grubości na palcu 0,21 mm (±0,02mm), długości 280-290mm (zależnie od rozmiaru), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
   Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
9. **Pakiet nr 1, pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne polimerowane oraz chlorowane od strony wewnętrznej, o długości 280-300mm (zależnie od rozmiaru), poziomie protein poniżej 50µg/g, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
   Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
10. **Pakiet nr 1, pozycja 3.** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne obustronnie pokryte polimerem, w kolorze jasno-brązowym, o powierzchni zewnętrznej antypoślizgowej, o długości 285-300mm (zależnie od rozmiaru), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
    Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
11. **Pakiet nr 1, pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z poliisoprenu obustronnie pokryte polimerem ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, o grubości na palcu 0,21 mm (±0,02mm), długości 280-290mm w zależności od rozmiaru , spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
    Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
12. **Pakiet nr 1, pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne polimerowane obustronnie, ze specjalna warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy?
    Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
13. **Pakiet nr 1, pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści rękawice wierzchnią w kolorze naturalnego lateksu?
    Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
14. **Pakiet nr 1, pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści rękawice wierzchnią o grubości na dłoni 0,17mm (±0,02mm) o dł. min. 280mm, rękawice spodnią o gr. na dłoni 0,10mm ?
    Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
15. **Pakiet nr 4, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe o grubości na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07mm +/-0,01mm, na mankiecie 0,06mm +/-0,01mm, o sile zrywania min. 6N, wytrzymałości na rozciąganie min 400% po starzeniu, pakowane a'200 szt. (rozm. XS-L) oraz a'180 szt. (rozm. XL) z przeliczeniem ilości na 11 650 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
    Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
16. **Pakiet nr 4, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe zgodne z normą EN 455 potwierdzone badaniami jednostki niezależnej?
    Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
17. **Pakiet nr 4, pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne z teksturą na palcach, o grubości na palcu 0,18mm, na dłoni 0,14mm ,o długości min. 296mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
    Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

    <u>Dotyczy zapisów siwz:</u>
18. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ - pkt 3.1.

19. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w celu weryfikacji potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną/dokumentem producenta. Pragniemy zauważyć, że producent Kartę Techniczną wystawia na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii rękawic, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
20. **Pakiet 1: Poz. 1 :** Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic chirurgicznych o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 30 ug/g rękawicy ,mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane od wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, długość 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 4 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną).
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
21. **Pakiet 1 Poz.2:** Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic chirurgicznych o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein ≤ 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną).
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
22. **Pakiet 1 Poz. 3.** Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic chirurgicznych o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, grubość na palcu 0,25 mm, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań).
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
23. **Pakiet 1 poz 3 .** Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnych rękawic chirurgicznych syntetycznych polichloroprenowych bezpudrowych z syntetycznym pokryciem polimerowym (wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie na suche i wilgotne dłonie) w kolorze brązowym, z delikatnie teksturowaną powierzchnią zewnętrzną, kształt anatomiczny z zagiętymi palcami, ograniczający zmęczenie dłoni, mankiet rozszerzany, rolowany, zapobiegający zsuwaniu się; mankiet wykonany z wzmocnionego materiału zapobiega rozrywaniu o grubości : place 0,23mm/ dłoń 0,21mm/ mankiet 0,18mm, długość rękawicy 300mm, poziom AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, na opakowaniu umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta , informacja w j. polskim oraz znak CE w rozmiarach 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0;8,5; 9,0.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
24. **Pakiet 1 Poz. 4:** Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic chirurgicznych o następujących parametrach: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic

chirurgicznych o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność cytostatyków (raport z wynikami badań).
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

25. **Pakiet 1 Poz.5:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic lateksowych o AQL =1,0 stosowanych w systemie dwuwarstwowym przy zabiegach ortopedycznych, składających się z: rękawicy wewnętrznej w kolorze zielonym, ułatwiający identyfikację potencjalnego uszkodzenia warstw, o średniej grubości na palcu około 0,18 mm; oraz rękawicy zewnętrznej w kolorze naturalnego lateksu, grubszej (0,26 ±0,01 mm), która posiada wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, znacznie ułatwiającą zakładanie zarówno na sucho, jak i mokro. Rękawice pakowane są osobno, parami (prawa i lewa), co umożliwia nie tylko użytkowanie obu rękawic standardowo - w systemie jednowarstwowym, ale i wymianę rękawicy zewnętrznej w trakcie trwania zabiegu (zalecaną co 2 godziny lub przy ewentualnym jej uszkodzeniu) bez konieczności otwierania/zbrudzenia drugiej pary rękawic.
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
26. **Pakiet 2:Poz.1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii I (do minimalnego ryzyka). Pragniemy zauważyć, iż ze względu na właściwości materiału z jakiego wykonane są rękawice, który sam w sobie nie jest barierowy dla środków chemicznych, nie można stosować rękawic winylowych do zwiększonej ochrony jaką mają stanowić rękawice kategorii III środka ochrony osobistej do podwyższonego ryzyka.
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
27. **Pakiet 2 Poz.2**: Prosimy o dopuszczenie zaoferowani rękawic diagnostycznych z lateksu o obniżonej zawartości protein o poziomie AQL ≤1,5, spełniających pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ
28. **Pakiet 4: Poz.1 i 2:** Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych pakowanych w opakowania max po 100szt (rozm. XS-L po 100szt, rozm XL po 90szt).
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
29. **Pakiet 4 Poz.1:** Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych cechujących się odpornością na przenikanie 70% isopropanolu przez 21minut. W razie odpowiedzi odmownej, prosimy o wyjaśnienie w jakich procedurach użytkownik ma ciągły kontakt z wymienionymi substancjami przez ponad pół godziny.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
30. **Pakiet 4, poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe chlorowane od wewnątrz? Proces chlorowania przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni rękawic resztkowych substancji chemicznych użytych w procesie produkcji, nadaje im gładkość i zapobiega sklejaniu się rękawic w opakowaniu. Rękawice chlorowane są „czystsze" i wywołują mniej podrażnień skórnych. Proces polimeryzacji rękawic występuje wtedy, gdy zmniejszona jest liczba procesów płukania, czyli oczyszczania rękawic z zawartości substancji resztkowych.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

31. **Pakiet 4 poz. 1** Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5, sile zrywania 6N w całym okresie przechowywania oraz rozciągliwości min 500% przed starzeniem i min. 400% po starzeniu, pozostałe parametry bez zmian?
    Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
32. **Pakiet 4, poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na palcach, pozostała powierzchnia gładka?
    Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
33. Pakiet 4 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 290mm?
    Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
34. **Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 1.** Zwracam się z prośbą o odstąpienia od wymogu zamieszczania na opakowaniu rękawic daty produkcji. W przypadku oferowanych rękawic sterylnych pakowanych parami na opakowaniu podana jest data sterylizacji, która jednocześnie jest datą produkcji, ponieważ dopiero od momentu sterylizacji rękawice sterylne są produktem przygotowanym do użytku.
    Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
35. **Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 1 .** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w opakowaniu: papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowanym - gwarantującym sterylność produktu i niezmienność parametrów technicznych oraz zgodnym z przepisami regulującymi zasady pakowania wyrobów medycznych .
    Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .
36. **Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 1 poz. 2.** Proszę Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wewnętrznie pokrytych polimerem, o dł. min. 285mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
    Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .
37. **Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic wewnętrznie polimeryzowanych spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
    Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .
38. **Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu 1 poz. 3.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic neoprenowych wewnętrznie polimeryzowanych, w kolorze zielonym, o grubości na dłoni 0,17-0,18mm, na palcach - 0,19-0,20mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
    Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .
39. **Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu 1 poz. 4.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji kompletu rękawic chirurgicznych wewnętrznych i zewnętrznych, w których rękawica wewnętrzna posiada powierzchnię gładką, zewnętrznie polimeryzowaną , natomiast rękawica zewnętrzna jest zewnętrznie mikroteksturowana. Rękawica wewnętrzna w intensywnym zielonym kolorze, wewnętrzna w kolorze kremowym, co redukuje zjawiska odblasku i refleksu. Wymiary rękawicy zewnętrznej dł. min. 283 cm, grubość w części dłoniowej 0,19-0,20 mm. Wymiary rękawicy wewnętrznej – zgodne z SIWZ.
    Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .
40. **Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu 2 poz. 2.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczeni rękawic diagnostycznych a poziomie AQl 1,5. Pragniemy nadmienić, iż oferowane rękawice są szczelne, elastyczne, wytrzymałe mechanicznie, zapewniają dobrą chwytność i wrażliwość dotyku. Ze względu na zakładany charakter użytkowania rękawic diagnostycznych – krótkotrwały, mało inwazyjny – uznaje się, że poziom AQL 1,5 jest wystarczający dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.
    Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .

41. **Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu 3 poz. 1.** Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic gładkich z teksturą na końcach palców, o powierzchni zewnętrznej pokrytej polimerem, powierzchni wewnętrznej chlorowanej oraz pokrytej kolagenem i alantoiną, co zapewnia utrzymanie właściwego nawilżenia skóry oraz zapobiega transepidermalnej utracie wody z naskórka. Dodatkowo zawartość allantoiny zapewnia natychmiastową regenerację, łagodząc podrażnienia wynikające z pracy w szczególnie niesprzyjających warunkach. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374-1 z wył. pkt. 5.3.2, EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium) , rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków wg EN 374 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium) – 14 substancji , w tym cytostatyki wymagane w SIWZ, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania wytwórcy) – 8 substancji.
    Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .
42. **Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu 4 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o powierzchni wewnętrznej chlorowanej i powierzchni zewnętrznej pokrytej polimerem?
    Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
43. **Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu 4 poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o sile zrywu min. 6,53 N po starzeniu (7,63 N przed starzeniem), wytrzymałości na rozciąganie min. 400% po starzeniu (500% przed starzeniem), odpornych na przenikanie 70% isopropanolu powyżej 10 minut, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
    Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .
44. **Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu 4 poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.
    Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .
45. **Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu 4 poz. 2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji rękawic nieznacznie różniących się parametrami tj. o długości min. 275 mm, grubości na palcu 0,18 – 0,19 mm, powierzchnia zewnętrzna gładka z teksturą na końcach palców. Tekstura na końcach palców zapewnia pewny chwyt i doskonałe czucie zarówno w suchym jak i mokrym środowisku.
    Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .
46. **Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu 4 poz. 2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji rękawic nieznacznie różniących się parametrami tj. o grubości na dłoni 0,09 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
    Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .
47. **Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu 1,2,4.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty raportu z badań producenta do serii dostarczonych próbek i zaakceptowanie karty danych technicznych oferowanych rękawic, zawierającej wszystkie informacje niezbędne do oceny spełniania parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .

48. **Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu 2,3,4.** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającego zgodność rękawic niesterylnych z normą PN-EN 455-1,2,3**.** Rękawice wyszczególnione w w/w pakietach są rękawicami diagnostycznymi niesterylnymi należącymi do klasy I wyrobów medycznych. Dla tej grupy produktów żaden z obowiązujących przepisów prawa nie nakłada na producentów rękawic medycznych obowiązku podlegania kontroli i nadzorowi jednostki notyfikowanej nad zgodnością z normą EN 455-1,2,3. Obowiązek taki przewidziany jest wyłącznie dla rękawic chirurgicznych - sterylnych należących do wyrobów medycznych grupy IIA. Pragniemy nadmienić , iż jakość rękawiczek i ich zgodność z normą EN 455-1,2,3 potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań, czego odzwierciedleniem są stosowne raporty z badań producentów.
    Odpowiedź : Zamawiający wymaga certyfikatu bądź badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą EN 455-1,2,3 .
49. **Pytanie nr 15 dotyczy Pakietu 3, 4.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic przebadanych na przenikanie cytostatyków zgodnie z bardziej rygorystyczną normą amerykańską ASTM D 6978-05 i zaakceptowanie raportu z tych badań na potwierdzenie odporności na przenikanie cytostatyków.
    Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Jednocześnie zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem ww. postępowania :
Termin składania ofert 30.06.2016 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert 30.06.2016 r. godz. 10:30

……
podpis