SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

CERTYFIKAT 2012/4

TÜV NORD Polska PN-EN ISO 9001 PN-EN ISO 14001 PN-N-18001

International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services

Grodzisk Mazowiecki 18.04.2016

SPSSZ – V / 83 / 2016

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoskopowego sprzętu jednorazowego i wielorazowego do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/12 /D/16).

Dot. pakietu nr 8
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w **pakiecie nr 8**:

Dotyczy poz. nr 1: Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odzwiernika/ jelit/ dróg żółciowych; załadowana prowadnica 0.035" z mozliwoscia usuniecia; srednice balonu: Ø 6 – 20 mm; znacznik radiologiczny na koncu dystalnym i proksymalnym; bez oznaczenia srodka balonu; balon o owalnym kształcie wykonany z pebax-u o wysokiej przeziernosci; atraumatyczna koncówka; długość balonu 55mm; długość prowadnika 2300mm; min. srednica kanału roboczego 3,2mm; nie zawiera lateksu; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15atm.

Dotyczy poz. nr 2: Papillotom trójkanałowy o średnicy 7Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035", kontrastująca końcówka ze znacznikami, zakrzywiony (jednorazowego użytku) - cięciwa 25 mm (pokrycie CleverCut proksymalnej części cięciwy), nosek 5mm (zwężany do średnicy 5Fr), długość narzędzia 200 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm

Dotyczy poz. nr 3:Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni i ciał obcych z dróg żółciowych, typ czterodrutowy wykonany z twardego drutu, maksymalna średnica części wprowadzalnej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm, bez kanału prowadnicy , szerokość rozłożonego koszyka 20 lub 25mm.

Odpowiedź poz. 1, 2, 3 : Zamawiający nie dopuszcza.

.....
podpis