SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

CERTYFIKAT 2015/52

TÜV NORD Polska
PN-EN ISO 9001
PN-EN ISO 14001
PN-N-18001

International Network of
Health
Promoting
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; 11.06.2018 r.

SPS – V. 262.33.2018

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/24/D/18).

1. Dot. pakietu 1. poz. 37-38. Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców .
   Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

2. Dot. pakietu 1 poz. 37-38. Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 szt.? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona .

   Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ

3. Dot. pakietu 3 poz. 1 . Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze min 43 g/m^2?

   Odpowiedź : Tak.

4. Dot. pakietu 3 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikiem zmieniającym przebarwienie po procesie sterylizacji z różowego na żółty, zgrzewalne w temperaturze 120 – 150 ^{o}C

   Odpowiedź : Tak.

5. Dot. pakietu 3 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70 mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona. W przypadku otrzymania niepełnej liczby rolek prosimy o podanie czy wycenić ułamkową ilość op. czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (od 0,5 w dół , a od 0,5 w górę).

   Odpowiedź : Tak, zaokrąglić należy zgodnie z zasadami matematyki .

6. Dot. pakietu 3. Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w rozdziale VI, pkt 5 oraz dopuszczenie oświadczenia producenta wyrobów do sterylizacji plazmowej o możliwości ich zastosowania w urządzeniu Zamawiającego. Testy, rękawy oraz włókniny stanowią materiał eksploatacyjny i w żaden sposób nie mogą uszkodzić sterylizatora, a co za tym idzie pozbawić szpital gwarancji na posiadany sprzęt. Nadawanie producentowi sprzętu tak daleko idących uprawnień pozwala na działania monopolistyczne poprzez wskazywanie testów swojej produkcji jako jedynych kompatybilnych .

   Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza.

……..
Podpis