SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

TÜV AUSTRIA CERTIFIED
TÜV AUSTRIA CERT GMBH
EN ISO 9001 20100183004764
OHSAS 18001 20116183004765
EN ISO 14001 20104183004766

CERTYFIKAT 2015/52

International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services

Grodzisk Mazowiecki; 24.06.2019.

SPS – - V.262.37.2019

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch kompatybilnych analizatorów do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/34/D/2019).

Pytanie nr 1.
Dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ:
Zamawiający wymaga terminu ważności asortymentu minimum 6 miesięcy liczony od dnia dostawy".
Uprzejmie prosimy o uzupełnienie ww. punktu zapisem w brzmieniu: „nie dotyczy krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www.....pl".

Odpowiedź nr 1.
TAK.
Nowe brzmienie zapisu:
C. z terminem ważności …..... miesięcy/ min. 6 miesięcy liczone od dnia dostawy (nie dotyczy krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesiecy, w przypadku gdy ta bedzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego),

Pytanie nr 2.
Dotyczy SIWZ, Opis przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 6 do SIWZ:
Tabela – Analizator podstawowy, pkt 30;
Tabela – Analizator pomocniczy, pkt 26:
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zaoferowane analizatory posiadały wbudowane komputery sterujące aparatem?.

Odpowiedź nr 2.
TAK.

Pytanie nr 3.
Dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ:
Pkt 1 E:
Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisu: „pożądany termin płatności 90 dni".

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403) w Art. 8 ust. 2 termin płatności nie może przekraczać 60 dni: „Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni".

Odpowiedź nr 3.
Tak.
Zamawiający zmienia zapis, na zapis:
E: przy warunkach płatności …..... dni. (wymagany termin płatności minimum: 60 dni).

Pytanie nr 4.
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ:
§11 ust. 1:
Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:
„za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy"
Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź nr 4.
Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis w §11 ust. 1, na zapis:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
   - w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy;
   - w wysokości 0,1% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy określony w §3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości towarów nie dostarczonych w terminie.

Pytanie nr 5.
Ochrona Danych Osobowych RODO:
Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

Odpowiedź nr 5.
Wykonawca wyłonionym w przetargu w chwili podpisania umowy, złoży oświadczenia nr 1a dt. osób reprezentujących wykonawcę i 1b dt. osób wykonawcy realizujących prace w ramach zawartej umowy, a także podpisze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Oświadczenia nr 1a i 1b oraz umowa powierzenia w załączeniu.

Pytanie nr 6.
Dotyczy: Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia

Analizator podstawowy - Parametry bezwzględne dla analizatora hematologicznego 5diff – 1szt.
Pkt 21 „Pomiar PLT w dwu torach, w tym torze optycznym, parametr PLT-O jako parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku”
Zapytanie:
Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego podstawowego, który posiada możliwość oceny płytek zarówno tradycyjną metodą impedancyjna (PLT-I), jak również jej weryfikacji w kanale optycznym (PLT-O) do celów badawczych.
Prosimy o doprecyzowanie ilości ww. weryfikacji w torze optycznym.

Odpowiedź nr 6.

Zamawiający wyraża zgodę na weryfikację w kanale optycznym, ale jako parametr diagnostyczny raportowany na wyniku.

Pytanie nr 7.
Dotyczy: Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia
Analizator podstawowy - Parametry bezwzględne dla analizatora hematologicznego 5diff – 1szt.
Pkt 25 „Wykonawca zapewni uczestnictwo w kontroli zewnątrz laboratoryjnej producenta”
Zapytanie:
Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości typu Riqas lub Labquality.

Odpowiedź nr 7.
Tak – Zamawiający dopuszcza kontrole Riqas lub Labquality.

Pytanie nr 8.
Dotyczy: Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia
Analizator podstawowy - Parametry bezwzględne dla analizatora hematologicznego 5diff – 1szt.
Pkt 13 „Dodatkowy tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych” oraz
Parametry bezwzględne dla analizatora pomocniczego – 1szt.
Pkt 18 „Dodatkowy tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych”

Zapytanie:
Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatorów hematologicznych, w których dodatkowa weryfikacja oznaczenia WBC dla próbek leukopenicznych odbywa się automatycznie.

Odpowiedź nr 8.

Nie – zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9.
Dotyczy: Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia

Analizator podstawowy - Parametry bezwzględne dla analizatora hematologicznego 5diff – 1szt.
Pkt 16 „Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 30 µl w trybie zamkniętym i otwartym" oraz Parametry bezwzględne dla analizatora pomocniczego – 1szt.
Pkt 12 „Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 30 µl w trybie zamkniętym i otwartym"
Zapytanie:
Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatorów hematologicznych, w których maksymalna objętość aspirowanej próbki krwi wynosi 80 µL.

Odpowiedź nr 9.

Nie – zgodnie z SIWZ.

….....